

Documente parte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație în cadrul proiectului NR. /COD 22/ CU - LOT 1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Analizator pentru vin	<i>buc</i>	1	pentru determinarea: – D – Glucoza & D – Fructoza; – Acid acetic; – Acid malic; – Acid lactic; – Acid ascorbic; – Glycerol; – Acid citric; – Acetaldehide; – Acid malic; – Potassium; – Sodium; – SO₂ - total, lber; – Acid tartic; – Cupru; – Antociane; – Fenolii; – Calciu.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație în cadrul proiectului NR. /COD 22/ CU - LOT 2

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Kituri pentru analizatorul pentru vin	<i>buc</i>	<i>1</i>	pentru determinarea: – D – Glucoza & D – Fructoza; – Acid acetic; – Acid malic; – Acid lactic; – Acid ascorbic; – Glycerol; – Acid citric; – Acetaldehyde; – Acid malic; – Potassium; – Sodium; – SO₂ - total, lber; – Acid tartic; – Cupru; – Antociane; – Fenolii; – Calciu.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație în cadrul proiectului NR. /COD 22/ CU - LOT 3

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<i>1</i>	Utilaj pentru determinarea rapidă a alcoolului	<i>buc</i>	<i>1</i>	<i>măsurarea timpului – mai puțin de 60 sec.</i>

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație în cadrul proiectului NR. /COD 22/ CU - LOT 4

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<i>1</i>	Distilator de laborator	<i>buc</i>	<i>1</i>	<i>Fără rezervor de acumulare, cu complet de furtunuri, 4 L/h, 230V, 50/60 Hz</i>

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație în cadrul proiectului NR. /COD 22/ CU - LOT 5

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<i>1</i>	Centrifugă de laborator	<i>buc</i>	<i>1</i>	<i>Turație 4500 RPM, rotor unghiular 8x15 ml, 230V, 50/60 Hz</i>